

รายละเอียดคุณลักษณะ
ชุดเครื่องผ่าตัดไทรอยด์
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวิราลงกรณ

๑. ความต้องการ ชุดอุปกรณ์ช่วยในผ่าตัดชุดเครื่องมือผ่าตัด ไทรอยด์ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัสดุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับผ่าตัดชุดเครื่องมือผ่าตัด ไทรอยด์

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วยวัสดุการแพทย์ชนิดต่างๆ

๓.๒ เครื่องมือทำจาก Stainless Steel หรือวัสดุอื่นสำหรับใช้ทางการแพทย์

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ปากคีบชนิดใส่กล้องส่องตรวจได้ (optical forceps) ปลายปากมีฟัน เป็นแบบ (๒x๒teeth) เหมาะสำหรับคีบสิ่งแผลกลอมและเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ จำนวน ๑ ชิ้น

๒. ห่อคุดของเหลว ขนาดลำกล้อง ๕ Fr ความยาว ๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๓. ห่อคุดของเหลว ขนาดลำกล้อง ๘ Fr ความยาว ๑๘ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๔. อุปกรณ์หนีบจี้ห้ามเลือดชนิดไฟฟ้าสองข้า รูปทรงแบบ Bayonet ปลายมน ขนาดปลายหนีบ ๑.๕ มิลลิเมตร ความยาว ๒๐ เซนติเมตร สามารถต่อจี้ไฟฟ้าแบบสองข้าได้ จำนวน ๑ ชิ้น

๕. เครื่องมือสายจี้ไฟฟ้าสองข้า (bipolar high frequency cord) ความยาวใช้งาน ๓๐๐ เซนติเมตรจำนวน ๑ ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ..... ๖๖๖/..... ประisan
นางสาววชิรรัตน์ อดิศัยเดชรินทร์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... ๗/..... กรรมการ
นางฐานิตาภัทร์ รัฐาวลัยนายศ.
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ
นางสาวลภารดา ละองแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ