

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ ตลับควบคุมน้ำเข้าออกตา

๑.ความเป็นมา

โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีความจำเป็นต้องซื้อตลับควบคุมน้ำเข้าออกตา ด้วยระบบปรับความดันน้ำเข้าตาอัตโนมัติ จำนวน ๔๐๐ ชิ้น สำหรับใช้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

๒.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้งานกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย

๓.คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นตลับควบคุมน้ำเข้าออกตา ใช้กับเครื่องผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง

๓.๒ มีความจำเป็นในการผ่าตัดต่อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

๔.คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เป็น ตลับ ทดน้ำเข้า-ออก ชนิด ควบคุมการไหลของน้ำเกลือด้วยเครื่อง

๔.๒ มีสาย IV ในตัว ออกแบบเฉพาะสำหรับต่อ Active FMS เข้ากับถุงน้ำเกลือที่วางอยู่ในช่องบรรจุบนหลังเครื่อง (Bag Bay)

๔.๓ ตัว Active FMS มีถุงน้ำทิ้งขนาดความจุ ๕๐๐cc. ติดอยู่

๔.๔ สายของ FMS ทั้งหมดทำจาก PVC

๔.๕ มีถุงคลุมภาควางอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชิ้น

๔.๖ เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๕.๒ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน

๕.๓ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนสินค้าโดยไม่คิดมูลค่า

๕.๔ กรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ บริษัทผู้ขาย ต้องรับผิดชอบให้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตต์เชมณี รัตนภูริธนากุล)
นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกนกศักดิ์ ถนนมลาภ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนิตยา ผูกจันทร์)
พยาบาลวิชาชีพ