

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการ Extension T

คุณลักษณะทั่วไป

๑. สายผลิตจาก PVC ชนิด Medical Grade มีความยืดหยุ่น ไม่หัก พับ งอ มีความใส สามารถมองเห็นสารละลายได้อย่างชัดเจน

๒. สายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ๒.๕ mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑.๒ mm ขนาดความยาวของสายไม่รวมข้อต่อมีขนาดความยาวตั้งแต่ ๑๐ cm แต่ไม่เกิน ๑๕ cm ความจุ injection plug รวม extension tube อยู่ในช่วง ๐.๒-๐.๓ ml ปริมาตรคงค้างใน ส่วน Injection plug ไม่เกิน ๐.๑๕ ml

๓. ปลายด้านหนึ่งเป็นข้อต่อ Injection Plug ได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และ ออย. ทำจากวัสดุ Polycarbonate (โพลีคาร์บอเนต) มีพลาสติกครอบจุกยางได้แน่นสนิท ทนทานต่อการแตกหัก และมีลักษณะโค้งงอเป็นหลุมลงไป จุกยางทำด้วย TPE (Thermoplastic Elastomer) หรือยางสังเคราะห์ Medical Grade ที่มี ส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ (Latex -free) มีความอ่อนนุ่มสามารถแทงเข็มได้ง่ายและคืนตัวได้ดี (Self-sealing)

๔. มีข้อต่อ Male และ Female มีฝาปิดจุกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อทั้ง ๒ ด้าน ทำจาก PVC Medical grade ชนิดแข็ง สามารถต่อเข้ากับกระบอกฉีดยา ชุดให้เลือด ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด หรือข้อต่อสามทางและมี ฝาปิดป้องกันสิ่งปนเปื้อน

๕. มี CLAMP แบบ Slide ทำจากวัสดุ polypropylene (โพลีโพรพิลีน) หรือวัสดุชนิด Medical Grade ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า สามารถเลื่อน ปิด-เปิด ได้สิ้นแต่เวลาปิดต้องหยุดการไหลได้สนิท ที่สาย TUBE เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน และป้องกันเลือดหรือสารน้ำไหลย้อนกลับเวลาปิดสายได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์บรรจุอยู่ในซองพลาสติกหนึ่งด้าน และกระดาษอีกหนึ่งด้าน (Peel Pouch) สามารถรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดี

๒. ขนาดบรรจุ ๑ ชิ้น ต่อ ๑ซอง

๓. ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นระบุวันผลิต วันหมดอายุ และ Lot Number

๔. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งาน ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต

๕. ผ่านกรรมวิธีทำให้สะอาดปราศจากเชื้อด้วย ETHYLENE OXIDE (ETO)

๖. ได้รับการรับรองการนำเข้าจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๗. ผลิตในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต ISO ๑๓๔๘๕ เป็นอย่างน้อย

๘. สามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ประกอบกันได้ไม่หลวม ไม่เกิดรอยรั่ว

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสุกัญญา พลทรัพย์ศิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางสาวดาวศรี พิมพ์หล่อ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


นางสาวสุจิตรา รุ่งโรจน์


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานหรือสาดิตมาก่อน
- ๕.๒ ผู้เสนอราคารับประกันคุณภาพ เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน
- ๕.๓ หากสินค้าชำรุดก่อนวันหมดอายุหรือนับจากวันส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่สัญญาามีผลบังคับใช้ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมให้เปลี่ยนสินค้าโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๔ กรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ บริษัทผู้ขาย ต้องรับผิดชอบให้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ โดยไม่คิดมูลค่า

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
นางสุกัญญา พลทรัพย์ศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางสาวดาวศิริ พิมพ์หล่อ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
นางสาวสุจิตรา รุ่งโรจน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ